

Zadanie 1 – Proteza naczyniowa:

L.P.	FUNKCJA/PARAMETR	PARAMETR	WARUNEK	OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent)
1	Jednorazowa, sterylna.	TAK	Warunek konieczny	
2	Proteza poliestrowa tkana powlekana żelatyną wchłaniającą na drodze hydrolizy.	TAK	Warunek konieczny	
3	Dostępne protezy proste i rozwidłone.	TAK	Warunek konieczny	
4	Całkowicie nieprzepuszczalna dla krwi, o współczynniku przepuszczalności dla wody 0,5ml/cm ² /min.	TAK	Warunek konieczny	
5	Wymagane średnice dla protez prostych: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34mm.	TAK	Warunek konieczny	
6	Długość protezy prostej minimum 20cm, maksimum 30cm w zależności od średnicy.	TAK	Warunek konieczny	
7	Dostępne średnice protez rozwidlonych (mm): 12x6, 14x7, 16x8, 18x9, 20x10, 22x11, 24x12.	TAK	Warunek konieczny	
8	Długość protezy rozwidlonej 45-50 cm.	TAK	Warunek konieczny	

Niniejszym oświadczam, iż oferowane wyroby posiadają parametry techniczne określone powyżej.

..... dn.,

.....

/podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy/

Zadanie nr 2 – Łata z osierdzia wołowego:

L.P.	FUNKCJA/PARAMETR	PARAMETR	WARUNEK	OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Ofertant)
1	Jednorazowa, sterylna.	TAK	Warunek konieczny	
2	Łata z osierdzia wołowego.	TAK	Warunek konieczny	
3	Wymiary 10x15cm.	TAK	Warunek konieczny	
4	Dostosowana do rekonstrukcji struktur serca.	TAK	Warunek konieczny	
5	Łata o stałej grubości 0,5mm zabezpieczona chemicznie przed zwapnieniem oraz zmniejszonej antygenowości.	TAK	Warunek konieczny	

Niniejszym oświadczam, iż oferowane wyroby posiadają parametry techniczne określone powyżej.

..... dn.,

.....

/podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy/

Zadanie 3 – Proteza naczyniowa połączona ze stentgraftem:

L.P.	FUNKCJA/PARAMETR	PARAMETR	WARUNEK	OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Ofert)
1	Nitilonowy powleczony cienkościenną protezą.	TAK	Warunek konieczny	
2	Przeznaczony do śródoperacyjnej implantacji od strony łuku aorty w kierunku do aorty zstępującej.	TAK	Warunek konieczny	
3	W miejscu połączenia stentgraftu z protezą naczyniową szeroki kołnierz typu „Siena” lub równoważny umożliwiający szczelne zespolenie protezy z dystalną częścią poszerzonej aorty.	TAK	Warunek konieczny	
4	Stentgraft trwale połączony z protezą naczyniową z odnogami do tętnic domózgowych i osobną odnogą do prowadzenia perfuzji.	TAK	Warunek konieczny	
5	Całkowicie nieprzepuszczalna dla krwi, o współczynniku przepuszczalności dla wody 0,5ml/cm ² /min.	TAK	Warunek konieczny	
6	Markery cieniujące na całej długości stentgraftu.	TAK	Warunek konieczny	
7	Długość stentgraftu 100mm i 150mm.	TAK	Warunek konieczny	
8	Średnice stentgraftu: 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 mm.	TAK	Warunek konieczny	
9	Średnice protezy: 22, 24, 26, 28, 30, 32 mm.	TAK	Warunek konieczny	

Niniejszym oświadczam, iż oferowane wyroby posiadają parametry techniczne określone powyżej.

..... dn.,

.....

/podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/