

Szczecin, dn. 08.01.2019 r.

Znak sprawy: ZP/220/102/18

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż, instalację i uruchomienie stołu operacyjnego.

WYJAŚNIENIE NR 1 ORAZ MODYFIKACJA SIWZ NR 1

W związku z wpływieniem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z elementami gumowymi tylko w górnej części kolumny stołu (połączenie kolumny z blatem), jak na poniższej wizualizacji? Jest to rozwiązanie bardzo często spotykane w stołach operacyjnych i nie ma wpływu na funkcjonalność stołu oraz walory kliniczne. Pozwala na ochronę elementów stanowiących połączenie stołu z blatem. - dotyczy l.p. 3




Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, gdyż elementy gumowe utrudniają prawidłową dezynfekcję, potrzeba więcej czasu na zdezynfekowane stołu. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z podstawą w kształcie litery T (zgodnie z poniższą wizualizacją), wyposażonej w wysokiej jakości układ jezdny składający się z 3 kół: jedno koło obrotowe, pozostałe nieskrętne pełniące rolę wspomagającą do jazdy na wprost? Podstawa przykrywająca w całości koła transportowe. Konstrukcja stołu w kształcie litery T jest bardzo ergonomiczna, pozwala na bardzo dobry dostęp operatora do pacjenta. Podstawa wyposażona w centralną blokadę uruchamianą dźwignią nożną, gwarantującą pewne blokowanie stołu za pomocą wysuwanych stoppek – dotyczy l.p. 4-6.



Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, gdyż spowoduje to mniejszą mobilność stołu. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z pilotem bez podświetlenia, wyposażonego w czytelne piktogramy przedstawiające poszczególne funkcje stołu. Brak podświetlenia nie ma znaczenia dla walorów klinicznych, wpływa natomiast na ograniczenie konkurencji, co nie jest rozwiązaniem korzystnym dla Zamawiającego – dotyczy l.p. 8

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, gdyż ma to duże znaczenie podczas zabiegów laparoskopowych i endoskopowych, jest bardziej czytelne. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu wyposażonego w panel sterowania awaryjnego umieszczony na kolumnie stołu, co jest rozwiązaniem bardziej ergonomicznym i powszechnie stosowanym przez wielu producentów stołów operacyjnych? - dotyczy l.p. 8

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu wyposażonego w podglówek regulowany przy pomocy oburącz poprzez dźwignie do regulacji podglówka umieszczone z dwóch stron (ich jednoczesne naciśnięcie umożliwia sterowanie podglówkiem). Takie rozwiązanie daje gwarancję niezasadzonego użycia i bezpieczeństwa dla pacjenta – dotyczy l.p. - 10

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, gdyż daje to większą swobodę regulacji. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z obciążeniem 320 kg (obciążenie statyczne – blat w pozycji normalnej poziomej, centralnie nad kolumną) oraz obciążeniem dynamicznym 275kg? – dotyczy l.p. 12

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zbyt duża różnica w wymaganiach Zamawiającego. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół wyposażony w szyny na akcesoria umieszczone na całej długości blatu stołu oraz z dwóch stron segmentu głowy? – dotyczy l.p. 13

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, gdyż anestezyjodzy mają większą możliwość umocowania pilota i akcesoriów anestezyjologicznych w dogodnym miejscu. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu o szerokości blatu (bez szyn) – 500mm? – dotyczy l.p. 14

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z zakresami regulacji – dotyczy l.p. 15:

- segment głowy: +45/-45 stopni
- segment pleców: +75/-35 stopni
- FLEX/REFLEX o wartości 215/105 stopni
- segment nóg +20/-90stopni, odwodzenie 90stopni każdy

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zbyt duża różnica w wymaganiach Zamawiającego. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu bez sygnalizatora na pilocie – dotyczy l.p. 18

- możliwości wystąpienia kolizji elementów stołu
- serwisu

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Względy bezpieczeństwa, lepsza ergonomia. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu bez systemu autodiagnostyki? – dotyczy l.p. 20

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Możliwość szybkiej diagnozy i szybkiej naprawy. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12:

Czy Zamawiający dopuści stół z dodatkowym awaryjnym pilotem w miejsce dodatkowego panelu umieszczanego na kolumnie lub w podstawie stołu – takie rozwiązanie jest bardziej komfortowe dla operatorów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13:

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją sekcji głowy regulowaną przy użyciu obu rąk, z szynami do montowania akcesoriów z obu stron co jest standardowym rozwiązaniem w stołach operacyjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14:

Czy Zamawiający dopuści stół o wymiarach 2100x500 mmm co stanowi niewielkie odstępstwo od wymaganych w SIWZ wielkości, zakresie regulacji segmentu głowy -35/+30, segmentu pleców -45/+75, pozycji Flex/Reflex 105/225, mechanicznym przesuwie wzdłużnym 320mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15:

Czy Zamawiający dopuści osobne materace dla (osobnych) sekcji pleców i siedziska?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że będzie wycięcie urologiczne w sekcji lędźwiowej, a materace będą miały właściwości przeciwdoleznowe.

Pytanie 16:

Czy Zamawiający zgodzi się na stół bez sygnalizatora możliwości wystąpienia kolizji elementów stołu, systemu autodiagnostyki błędów oraz lekkiej płyty pod nogi oraz wskaźnika trybu serwisowego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17 dot. pkt. V:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dot. terminu wykonania zamówienia z obecnego:

„Zamawiający wymaga dostawy sprzętu – licząc od dnia podpisania umowy – w ciągu 2 dni kalendarzowych, przy czym dzień podpisania umowy nie jest wliczany do terminu realizacji.”

na:

„Zamawiający wymaga dostawy sprzętu – licząc od dnia podpisania umowy – w ciągu 5 tygodni, przy czym dzień podpisania umowy nie jest wliczany do terminu realizacji.”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na taki zapis. Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie sprzętu w terminie 28 dni kalendarzowych. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych niniejszym Zamawiający informuje o dokonaniu modyfikacji SIWZ:

1. Wykreśla się z SIWZ rozdział I pkt. V i w to miejsce wprowadza się pkt. V w nowym brzmieniu:

„Zamawiający wymaga dostawy sprzętu – licząc od dnia podpisania umowy – w ciągu 28 dni

kalendaryzowych, przy czym dzień podpisania umowy nie jest wliczany do terminu realizacji.”

2. Wykreśla się z SIWZ rozdział II § 3 ust. 1 i w to miejsce wprowadza się § 3 ust. 1 w nowym brzmieniu:

„1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć jednorazowo, zainstalować i uruchomić sprzęt oraz przeprowadzić szkolenie personelu nie później niż w ciągu 28 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, przy czym dzień jej podpisania nie jest wliczany do terminu realizacji zamówienia.”

3. Wykreśla się w całości załącznik nr 1 do SIWZ i wprowadza się zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ, który jest załączony do niniejszego wyjaśnienia.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem

Sporządziła: Eliza Koladyńska - Nowacka
Tel. 1086



Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Numery telefonów: centrala tel. 91 466 10 00,
Sekretariat Dyrektora oraz
Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 91 466 10 10, fax 91 466 10 15
KRS: 0000018427, NIP: 955-19-08-958, REGON: 000288900
Strona internetowa: www.spsk2-szczecin.pl adres e-mail: spsk2@spsk2-szczecin.pl

