

Szczecin, dn. 10.07.2018 r.

Znak sprawy: ZP/220/51/18

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i instalację kolonoskopu oraz insuflatora CO2 wraz z wyposażeniem do wieży endoskopowej.

WYJAŚNIENIE NR 1

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1 dotyczy zapisów SIWZ, rozdział VIII, punkt 3.1

Czy w przypadku zaoferowania produktu który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych - dotyczy poz. nr 5 w załączniku nr 2 (MAJ-1666 Półka na UCR do wózka WM-NP2). Zamawiający nie będzie wymagał dokumentów wymienionych w SIWZ – rozdział VIII, punkt 3.1?

Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie wymagał dokumentów określonych w rozdziale I pkt. VIII ppkt. 3.1. do wyrobów, które nie są wyrobem medycznym. Informacje powyższą Zamawiający zamieścił w SIWZ. Wykonawca zanim zada pytanie proszony jest o dokładne zapoznanie się z treścią SIWZ.

Pytanie 2 - dotyczy do formularza oferty

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację formularza cenowego tj. rozbicia ceny w przypadku produktów z VAT 8% i 23% (dotyczy produktu - MAJ-1666 Półka na UCR do wózka WM-NP2 – stawka vat 23%).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyrazi zgody na modyfikację formularza cenowego, gdyż Zamawiający nie stworzył formularza cenowego tylko formularz oferty. Wykonawca, jeżeli ma taką potrzebę, może sam stworzyć i dołączyć do oferty załącznik z cenami jednostkowymi.

Pytanie 3 - dotyczy załącznika nr 2 do formularza oferty pkt. nr 11 oraz wzoru umowy Par. 1 pkt. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Sprzętu fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2017 roku ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4 - dotyczy wzoru umowy Par. § 5 punkt „a”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Par. 5 ust. a na następujący:

a) nieodpłatne usunięcie przez autoryzowany serwis producenta **gwarancyjnych usterek** sprzętu; w przypadku stwierdzenia wad elementu zestawu lub podzespołu najpóźniej po trzeciej naprawie **gwarancyjnej** tego samego elementu zestawu lub podzespołu następuje wymiana na fabrycznie nowy sprzęt lub element zestawu;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5 - dotyczy wzoru umowy Par. § 5 punkt „e”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Par. 5 ust. e na następujący:

e) w przypadku awarii sprzętu i naprawy trwającej dłużej niż pięć dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji nieodpłatnie dostarczyć Zamawiającemu na czas naprawy sprzęt zastępczy ewentualnie element zestawu, który spowoduje sprawne działanie sprzętu; dostawę i późniejszy odbiór sprzętu zastępczego ewentualnie elementu zestawu, jego montaż i uruchomienie oraz późniejszy demontaż Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić na własny koszt;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6 - dotyczy wzoru umowy Par. § 5 punkt „i

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu:



„ i) w innych przypadkach niż określone w lit. h, termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego skutek wady sprzętu objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać, jak również o okres, w którym Zamawiający korzystał ze sprzętu zastępczego.” ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zrezygnuje.

Pytanie 7 - dotyczy wzoru umowy Par. § 5 punkt „g”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Par. 5 ust. g na następujący:

g) dostawa sprzętu zastępczego ewentualnie elementu zestawu oraz wszelkie czynności prowadzące do jego uruchomienia Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić w taki sposób, by Zamawiający mógł korzystać ze sprzętu zastępczego najpóźniej w szóstym dniu **roboczym** od zgłoszenia awarii;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8 - dotyczy wzoru umowy Par. 10 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Par. 10 ust. 1 na następujący:

a) w przypadku opóźnienia w przekazaniu sprzętu w rozumieniu § 3 niniejszej umowy – w wysokości 0,2 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości brutto umowy określonej w § 6 ust. 1,

b) w przypadku nieprzystąpienia do usunięcia wad sprzętu w terminie określonym w § 5 ust. 1 lit. c) niniejszej umowy – w wysokości 0,2 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości brutto umowy określonej w § 6 ust. 1,

c) w przypadku nieprzystąpienia do wykonania przeglądów technicznych, określonych w określonych w § 5 ust. 1 lit. d) umowy, w terminach wymaganych przez producenta (oraz wpisanych w paszporcie) – w wysokości 0,5% wartości brutto umowy określonej w § 6 ust. 1,

d) w przypadku niedostarczenia i uruchomienia sprzętu zastępczego w terminie określonym w § 5 ust. 1 lit.g) niniejszej umowy – w wysokości 0,1 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości brutto umowy określonej w § 6 ust. 1,

e) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 2 w terminie wymaganym przez Zamawiającego – w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia;

f) z tytułu odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5% wartości brutto umowy określonej w § 6 ust. 1.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9 - dotyczy wzoru umowy Par. 10 ust. 1 pkt. b)

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych, o których mowa Par. 10 ust. 1 pkt b)

Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych, jeżeli Wykonawca dostarczy, w terminach wymaganych umową, sprzęt zastępczy.

Zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert:

- składanie ofert do 13-07-2018 r. do godz. 09.30,

- otwarcie ofert: 13-07-2018 r. **o godz. 10.10.**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem
Podpis w oryginale

Sporządziła: Eliza Koladyńska - Nowacka
Tel. 91 466 10 86

