

Lp.	Parametr/warunek	Warunek graniczny	Parametry oferowane
1.	2.	3.	4.
<b>System do wspomagania zabiegów witreoretinalnych</b>			
<b>I</b>	<b>Parametry techniczne - wymogi systemu</b>		
1	System pozwalający na kontrolę przebiegu zabiegu przez chirurga na ekranie w technologii 3D.	TAK	
2	System pozwalający chirurgowi na obserwację i kontrolę zabiegu w pozycji Head Up.	TAK	
<b>II</b>	<b>Składowe Systemu</b>		
1	Kamera chirurgiczna 3D o parametrach: Obrazowanie min HDR 120 Hz; Rozdzielczość matrycy min 6 megapikseli — min 3840 x 1080	TAK	
2	Kompaktowa jednostka przetwarzania obrazu 3D umożliwiająca przesyłanie obrazu generowanego w czasie rzeczywistym, jednoczesną transmisją strumieniową 3D/2D, umożliwiającą wiele wejść wideo	TAK	
3	Płaskoekranowy wyświetlacz 3D min 4k Ultra HD o parametrach minimalnych: rozdzielczość min 3840 x 2160, szybkość odnawiania obrazu min 60 fps, pasywna polaryzacja 3D, szerokość przekątnej ekranu min 55 cali	TAK	
4	Transformator izolujący do zastosowań medycznych 100/120/220/240VAC	TAK	
5	Minimum dwanaście par okularów 3D spolaryzowanych kołowo	TAK	
6	Program do zarządzania plikami wideo 3D/2D	TAK	
7	Program do edycji wideo 3D/2D HD pozwalający użytkownikowi na regulowanie kanałów barwnych w czasie zabiegu	TAK	
8	Dostęp do funkcji obrazowania cyfrowego „On-demand”	TAK	
<b>III</b>	<b>Wymagania dodatkowe</b>		
1	Producent	TAK Podać	
2	Model*	TAK Podać	
3	Nazwa katalogowa*	TAK Podać	
4	Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 roku	TAK	
5	Oświadczenie, że dzierżawione urządzenie po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy a Zamawiający w trakcie trwania umowy nie będzie musiał dokonywać dodatkowych zakupów.	TAK	

„\*” – uzupełnić w przypadku posiadania przez oferowany sprzęt w/w danych;

– podać nr stron w ofercie, na której znajduje się potwierdzenie w materiałach informacyjnych parametrów - punkty: II ppkt. 1 i 3;

Niniejszym oświadczam, iż oferowany sprzęt posiada parametry techniczne określone powyżej.

.....  
/podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do  
reprezentowania Wykonawcy/

..... dn., .....