

znak sprawy: ZP/220/82/18

Szczecin, dnia 22 października 2018r

w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa zestawów operacyjnych do angiografii, stymulatorów oraz mat chłonnych**Wyjaśnienia 1**

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

WYKONAWCA NR 1**Dotyczy pakietu nr 5**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 dopuści podkłady absorpcyjne Arida w rozmiarze 120x60 zaprojektowane, aby wchłaniać wszelkiego rodzaju płyny takie jak woda, sól fizjologiczna, wody płodowe, mocz i krew podczas wszelkiego rodzaju zabiegów chirurgicznych i diagnostycznych.

Arida® pochłania płyny i wiąże je w postaci żelu. Absorbent zamknięty jest wzmocnionej osłonie z włóknistej tkaniny. Używa się maty zazwyczaj na podłodze. Konstrukcja maty nie wymaga stosowania dodatkowych taśm mocujących. Otoczenie staje się bardziej suche i bezpieczniejsze oraz redukuje się czas i koszty.

Odpowiedź**Zamawiający nie dopuszcza.****Dotyczy zapisów SIWZ**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, **który nie należy do żadnej grupy kapitałowej**, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

Odpowiedź**Zamawiający potwierdza, że uzna za spełniony wymóg art. 24 ust 1 pkt 23 PZP jeśli wykonawca nie należący do żadnej grupy kapitałowej przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.**

Dot. § 10 ust. 1 lit. c) wzoru umowy

Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane **od wartości netto niezrealizowanej umowy – zadania (według stanu na dzień odstąpienia) /dostawy, a nie od wartości umowy brutto.**

Podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wystawionych faktur w miesiącu. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne. Prosimy zatem aby kary naliczane były tylko od wartości netto nie wykonanego świadczenia.

Odpowiedź**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.****Dot. § 14 ust. 1a i 1b wzoru umowy**

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia §14 ust.1a i b wzoru umowy poprzez dodanie do niego zapisu:

a) co najmniej trzykrotnego **kolejnego** dostarczenia wyrobów z opóźnieniem;b) co najmniej 3-krotnego **kolejnego** dostarczenia wyrobów posiadających wady jakościowe, brak oznakowania, brak instrukcji i etykiet, niewłaściwe opakowanie bądź krótszy termin przydatności do użycia od określonego w umowie.”**Odpowiedź****Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę**Sprawę prowadzi: Przemysław Frączek
Tel. 91-466-10-87

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin

Numery telefonów: centrala tel. 91 466 10 00,

Sekretariat Dyrektora oraz

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 91 466 10 10, fax 91 466 10 15

KRS: 0000018427, NIP: 955-19-08-958, REGON: 000288900

Strona internetowa: www.spsk2-szczecin.pl adres e-mail: spsk2@spsk2-szczecin.pl



WYKONAWCA NR II

1. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia §5 ust 3, który otrzymuje brzmienie: „3. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie nie dłuższym niż **5 dni roboczych**”

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1 pkt. a), b):

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługują kary umowne w następującej wysokości:

a) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu zamówionej partii wyrobów lub opóźnienia w dostarczeniu wyrobu wolnego od wad w wysokości 0,5% za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości brutto zamówionej lub zareklamowanej partii wyrobów, jednak nie mniej niż 100 zł za każdy dzień opóźnienia **oraz nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej/ niedostarczonej w terminie partii wyrobów;**

b) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 2 ust 2 umowy w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wyrobów, których dotyczą niedostarczone dokumenty.**

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

WYKONAWCA III**Dotyczy zadania nr: 3.1**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie oferty - Jednorazowy wysoko chłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z polipropylenu, poliestru oraz SAF. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14 mm (pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia o wymiarach 50 (+/- 2 cm) x 152 (+/- 2 cm) oraz grubości minimum 0,7 mm na całej długości podkładu. Wymiary podkładu 100 cm (+/- 1 cm) x 152 cm (+/- 2 cm). Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć i pikowań czy przesyć) - nie powodujący uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanianość min 2,5L (+/- 5%) na całej powierzchni podkładu, potwierdzona badaniami akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu poprzez trwałe naniesione przez producenta na etapie produkcji oznaczenie nazwą produktu lub producenta. Gramatura produktu 125g/m² (+/- 1%).

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy zadania nr. 3.2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie oferty - Jednorazowy wysoko chłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z polipropylenu, poliestru oraz SAF. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14 mm (pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia o wymiarach 50 (+/- 2 cm) x 225 cm (+/- 4 cm) oraz grubości minimum 0,7 mm na całej długości podkładu. Wymiary podkładu 100 cm (+/- 1 cm) x 225 cm (+/- 4 cm). Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć i pikowań czy przesyć) - nie powodujący uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanianość min 4L (+/- 5%) na całej powierzchni podkładu, potwierdzona badaniami akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu poprzez trwałe naniesione przez producenta na etapie produkcji oznaczenie nazwą produktu lub producenta. Gramatura produktu 125g/m² (+/- 1%).

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy zadania 3.1 i 3.2

Zwracamy się do Zamawiającego o określenie czy dla pełnego zabezpieczenia stołu operacyjnego, większego komfortu pacjenta oczekuje aby podkład posiadał warstwę chłonną na całej swojej długości a chłonność - jako kluczowa parametr - potwierdzona była badaniem niezależnego akredytowanego laboratorium oraz czy dla łatwiejszej identyfikacji i uniknięcia pomyłki Zamawiający oczekuje aby podkład posiadał widoczną nazwę produktu lub producenta zintegrowaną fabrycznie?

Odpowiedź

Sprawę prowadzi: Przemysław Frączek
Tel. 91-466-10-87



Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin

Numer telefonu: centrala tel. 91 466 10 00,

Sekretariat Dyrektora oraz

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 91 466 10 10, fax 91 466 10 15

KRS: 0000018427, NIP: 955-19-08-958, REGON: 000288900

Strona internetowa: www.spsk2-szczecin.pl adres e-mail: spsk2@spsk2-szczecin.pl



Zamawiający dopuszcza proponowany wyrób.

WYKONAWCA IV

Zadanie nr 5

Prosimy o dopuszczenie maty chłonnej w rozmiarze 71x142cm, spodnia warstwa z folii antypoślizgowej na całej powierzchni (nie tylko punktowo w narożnikach), zapobiegającej przesuwaniu się maty, spełniającej pozostałe zapisy SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

WYKONAWCA V

Dotyczy punktu VII SIWZ pkt 1.2.

Prosimy o weryfikację poprawności zapisu o wysokości kwoty posiadanych środków finansowych bądź zdolności kredytowej dla pakietu 2. Z treści ogłoszenia wynika, iż kwoty przeznaczone na sfinansowanie zakupu materiałów wymienionych w pakiecie 1 i w pakiecie 2 są bardzo zbliżone, natomiast kwota wskazana w tym punkcie dla pakietu 2 (320 000,00 zł) jest niewspółmiernie wysoka w porównaniu do kwoty dla pakietu 1 (24.000,00zł). W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że zapis pozostaje bez zmian.

WYKONAWCA VI

Zadanie 3, poz.1

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny o parametrach:

- 3 warstwy: włóknina, wkład chłonny, laminat nieprzemakalny (spodnia strona)
- Wkład chłonny pikowany (wata, superabsorbent SAP, pulpa)
- Rozmiar: 100 cm x 225 cm, wkład chłonny; 50 x 208 cm, marginesy wzdłuż krótszego brzegu: 10cm, wzdłuż dłuższego brzegu 25cm
- Chłonność min. 3820 ml.
- Jednorazowego użytku
- Niejałowy

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 3, poz.1

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji nr 1 z zadania nr 3 do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 3, poz.2

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny o parametrach:

- 3 warstwy: włóknina, wkład chłonny, laminat nieprzemakalny (spodnia strona)
- Wkład chłonny pikowany (wata, superabsorbent SAP, pulpa)
- Rozmiar: 100 cm x 225 cm, wkład chłonny; 50 x 208 cm, marginesy wzdłuż krótszego brzegu: 10cm, wzdłuż dłuższego brzegu 25cm

Sprawę prowadzi: Przemysław Frączek
Tel. 91-466-10-87



Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin

Numery telefonów: centrala tel. 91 466 10 00,

Sekretariat Dyrektora oraz

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 91 466 10 10, fax 91 466 10 15

KRS: 0000018427, NIP: 955-19-08-958, REGON: 000288900

Strona internetowa: www.spsk2-szczecin.pl adres e-mail: spsk2@spsk2-szczecin.pl



- Chłonność min. 3820 ml.
- Jednorazowego użytku
- Niejałowy

Odpowiedź**Zamawiający nie dopuszcza.****Zadanie 5, poz.1**

Czy Zamawiający dopuści matę podłogową z możliwością cięcia, w kolorze biało-niebieskim, posiadającą antypoślizgową warstwę spodnią bez taśm umożliwiających przytwierdzenie do podłogi, chłonność ok. 1 L, rozmiar 116cm x 76cm.

Odpowiedź**Zamawiający nie dopuszcza.****Zadanie 5, poz.1**

Czy Zamawiający dopuści matę podłogową przylegającą do podłogi umożliwiając przejazd np. wózków ze sprzętem lub łóżek bez ryzyka zwijania się maty lub jej rozdarcia bez taśm umożliwiających przytwierdzenie do podłogi, chłonność ok. 2,5 L wody, rozmiar 117 cm x 102 cm.

Odpowiedź**Zamawiający nie dopuszcza.**

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia oraz zapisy podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem

.....