

ZP/220/88/19

Załącznik nr 2 do formularza oferty

Lp.	Opis parametrów	Parametry wymagane	Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca)
I.	Zestaw systemu telemetrii		
1.	Monitor telemetryczny współpracujący z obecnie istniejącą na oddziale jednostką centralną Infinity	TAK	
2.	Wykonawca zobowiązuje się do zaprogramowania i podłączenia do istniejącej sieci centralnego monitorowania w/w urządzenia, tak by sprawnie współdziałało z jednostką centralną	TAK	
3.	Mały i lekki (poniżej 350g) monitor parametrów życiowych, noszony przez pacjenta, pozwalający na bezprzewodowe przekazywanie zamierzonych parametrów do posiadanego centralnego monitorowania Infinity i wyświetlania ich w centrali pielęgniarstwa Infinity	TAK, podać	
4.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019	TAK	
5.	Połączenie z systemem centralnego monitorowania systemu Infinity za pomocą posiadanej przez szpital sieci WiFi	TAK	
6.	Aktualizacja posiadanej przez szpital centrali systemu Infinity	TAK	
7.	Dwukierunkowa transmisja danych między monitorem telemetrycznym i centralą, w tym - pełna konfiguracja monitorów telemetrycznych za pomocą centrali, zarówno grupy monitorów, jak i poszczególnych monitorów indywidualnie	TAK	
8.	Ciągłe monitorowanie pacjenta w pełnym wymaganym zakresie, bez konieczności wymiany akumulatora lub baterii, przynajmniej przez 18 godzin.	TAK	
9.	Łatwa wymiana akumulatora bez utraty danych pacjenta	TAK,	
10.	Kolorowy ekran wyświetlający dane demograficzne pacjenta, krzywe dynamiczne i wartości liczbowe monitorowanych parametrów	TAK	
11.	Monitorowania EKG w układzie 3,5 i 6 elektrod, w zależności od podłączonego przewodu EKG. Monitorowanie 12 odprowadzeń z 6 elektrod,	TAK	
12.	Wyświetlanie na ekranie centrali krzywych dynamicznych EKG i częstości akcji serca	TAK	
13.	Monitorowanie arytmii według przynajmniej 10 definicji	TAK	
14.	Monitorowanie ST jednocześnie we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach	TAK	
15.	Przewód EKG w postaci nierozgałęzionej – na jednym przewodzie umieszczone są szeregowo łączniki do podłączania elektrod	TAK	
16.	Monitorowanie SpO2	TAK	
17.	Wyświetlanie na ekranie posiadanej centrali systemu Infinity krzywej pletyzmograficznej, oraz wartości saturacji i tętna	TAK	
18.	Możliwość stosowania standardowych czujników zgodnych z Nellcor	TAK	
19.	Odporność za zanurzenie w wodzie zgodnie z przynajmniej IPX4	TAK	
20.	Odporność na upadek na twardą podłogę	TAK	
21.	Wymagane akcesoria do każdego monitora: - dwa akumulatory - przewód EKG do podłączenia 3 elektrod, - przewód EKG do podłączenia 6 elektrod,	TAK	

	- czujnik do pomiaru saturacji		
22.	W komplecie dwie ładowarki umożliwiające jednoczesne ładowanie łącznie przynajmniej 15 akumulatorów	TAK	
II. Wymagania dodatkowe			
23.	Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego monitora na terenie Polski	TAK, załączyć	
24.	Dostawca wskaże serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonego sprzętu – podać nazwę, adres, tel. fax	TAK, Podać	
25.	Dostarczenie podczas odbioru oświadczenia potwierdzającego, że pracownicy serwisu sprzętu medycznego posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz posiadają imienne certyfikaty wystawione przez producenta ze szkolenia w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu umowy	TAK, załączyć	
26.	Przeglądy techniczne w terminach wymaganych przez producenta	TAK, podać częstotliwość	
III. Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie			
27.	Producent	TAK, Podać	
28.	Model*	TAK, Podać	
29.	Nazwa katalogowa*	TAK, Podać	
30.	Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 roku	TAK	

„*” – uzupełnić w przypadku posiadania przez oferowany sprzęt w/w danych;

Niniejszym oświadczam, iż oferowany sprzęt posiada parametry techniczne określone powyżej.

Wykonawca zobowiązany jest podać numer strony w ofercie, na której znajduje się potwierdzenie w materiałach informacyjnych punktów: pkt: I ppkt. 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 19, 20!

.....
/podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy/

..... dn.,